

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM073	Naziv: Sheep Blood Agar Plate	Lot br: 0000825A
Izveštaj br: 0000825A	Datum proizvodnje: 13.01.2025.	Datum isteka roka: 14.03.2025.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Pepton goveđeg srca	10,000 g
Triptoza	10,000 g
Natrijum hlorid	5,000 g
Agar	15,000 g
Nutrient supplement S Medium	50,000 mL

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Crven	Potvrđeno
Izgled		Neprovidan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,3 ± 0,2	7,4
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvalitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja	Kulturelne karakteristike
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inkubacija na 35°C, 18-48h, aerobni uslovi	Porast	Porast	β hemoliza
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 35°C, 18-48h, aerobni uslovi	Porast	Porast	Bez hemolize
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inkubacija na 35°C, 18-48h, CO2 uslovi	Porast	Porast	β hemoliza
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Inkubacija na 35°C, 18-48h, CO2 uslovi	Porast	Porast	α hemoliza

Referentna podloga je validovani Sheep Blood Agar Plate/Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate potvrđenog kvaliteta. Testirano u skladu sa CLSI M22-A3: Clinical and Laboratory Standards Institute-Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media; Approved Standard-Third Edition, M22-A3 Vol.24 No191 u skladu sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø55-2975kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 20.01.2025.