

## SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM091	Naziv: Plate Count Agar	Lot br: 0003125A
Izveštaj br: 0003125A	Datum proizvodnje: 17.01.2025.	Datum isteka roka: 16.07.2025.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Enzimski hidrolizat kazeina	5,000 g
Ekstrakt kvasca	2,500 g
Dekstroza	1,000 g
Agar	15,000

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Svetlo žuta	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: 7,0 ± 0,2	7,0
Volumen punjenja	epruvete	Opseg: 9mL	/
	mala boca	Opseg: 250mL	250 mL
	velika boca	Opseg: 500 mL	/
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2) °C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

### Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole (kvantitativna)	Kriterijum	Rezultat ispitivanja
<i>Bacillus subtilis subs. Spizizenii ATCC 6633</i>	Inkubacija na 30±1 °C, 72±3h	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 1,13$
<i>Escherichia coli ATCC 25922</i>	Inkubacija na 30±1 °C, 72±3h	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 1,01$
<i>Staphylococcus aureus ATCC 25923</i>	Inkubacija na 30±1 °C, 72±3h	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 0,85$
<i>Enterococcus faecalis ATCC 29212</i>	Inkubacija na 30±1 °C, 72±3h	$P_R \geq 0,7$	$P_R = 0,80$

Referentna podloga je validovani Tripton soja agar potvrđenog kvaliteta.  
Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

**Uslovi skladištenja i rok trajanja:** Prema podacima na nalepnici proizvoda

### Veličina serije: 250 mL-34kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Datum Izveštaja: 24.01.2025.

Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva