

SERTIFIKAT ANALIZE

Šifra proizvoda: PRM1129	Naziv: Dichloran Glycerol Medium Agar Plate	Lot br: 0015825A
Izveštaj br: 0015825A	Datum proizvodnje: 03.03.2025.	Datum isteka roka: 31.07.2025.

Sastav (u 1000 mL podloge)	
Peptinski digest životinjskog tkiva	5,000 g
Dekstroza	10,000 g
Monokalijum fosfat	1,000 g
Magnezijum sulfat	0,500 g
Dihloran	0,002 g
Hloramfenikol	0,100 g
Agar	15,000 g
Glicerol	220,000 mL

Opšte karakteristike		Kriterijum	Rezultat
Boja		Srednja čilibarna	Potvrđeno
Izgled		Providan do blago opalescentan gel	Potvrđeno
pH		Opseg: $5,6 \pm 0,2$	5,7
Debljina sloja		Opseg: 4-5 mm	4 mm
Test sterilnosti	Inkubacija (36 ± 2)°C, (44 $\pm$ 4) h	Bez porasta	Potvrđeno
	Inkubacija (25 ± 2)°C, 3 - 5 dana	Bez porasta	Potvrđeno

Mikrobiološke karakteristike:

Kontrolni soj	Vrsta kontrole	Kriterijum	Rezultat ispitivanja
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763	Inkubacija na 25 ± 1 °C, 3-5 dana, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,92$
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Inkubacija na 25 ± 1 °C, 3-5 dana, aerobni uslovi (kvantitativna)	$P_R \geq 0,5$	$P_R = 0,90$
<i>Mucor racemosus</i> ATCC 42647	Inkubacija na 25 ± 1 °C, 3-5 dana, aerobni uslovi (kvalitativna)	Porast	Porast
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inkubacija na 37 ± 1 °C, 24 ± 3 h, aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Inkubacija na 37 ± 1 °C, 24 ± 3 h, aerobni uslovi (kvalitativna)	Potpuna inhibicija	Potpuna inhibicija

Referentna podloga je validovani SDA potvrđenog kvaliteta.

Testirano u skladu sa SRPS EN ISO 11133:2015 i sa preporukom proizvođača dehidriranih podloga.

Napomena: n/p

Uslovi skladištenja i rok trajanja: Prema podacima na nalepnici proizvoda

Veličina serije: Ø90-764kom

Ovim se potvrđuje da gore pomenuti LOT proizvoda zadovoljava zadate kriterijume iz specifikacije. Informacije koje su date ovde su precizne i tačne, međutim, i informacije i proizvodi su dati bez garancije za bilo koju zasebnu upotrebu, koja nije navedena u trenutnim uputstvima i datim od strane ProReady. Izveštaji o rezultatima su dati u vreme puštanja serije proizvoda.



Rukovodilac kvaliteta u proizvodnji/ Lice odgovorno za kvalitet medicinskog sredstva

Datum izveštaja: 10.03.2025.